

CRP Control 1

مقدمه :

این کنترل جهت انجام کنترل کیفی کیت CRP شرکت پیشناز طب استفاده می گردد.

آماده سازی :

کنترل بصورت مایع و آماده مصرف می باشد.

پایداری :

قبل از باز شدن درب: تا تاریخ انقضا در دمای 8 - 2 درجه سانتی گراد
پس از باز شدن درب: به مدت 1 ماه در دمای 8 - 2 درجه سانتی گراد

هشدارها :

1. این کنترل فقط جهت مصرف آزمایشگاهی می باشد.

2. این کنترل از CRP نوترکیب در یک ماتریکس پروتئینی تهیه شده است. هرچند که بر اساس تست های انجام شده برروی این کنترل، مشخص گردیده است که از لحاظ anti-HIV antibodies ، anti-HCV antibodies ، HBs antigen منفی می باشد، هنگام کار با این کنترل لازم است با آن همانند یک نمونه عفونی بروخورد کرد. این کنترل حاوی سدیم آزاد می باشد و باید از تماس با پوست و استنشاق آن اجتناب گردد.

بسته بندی :

1 عدد ویال 1 میلی لیتری

PTC0008/1
Lot No : 1402
Exp Date : 2022.12

Test	Method	Value	Range	Unit
CRP Control 1	Immunoturbidimetric	11.5	8.5 - 14.5	mg/L